



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP271-30/19

Kraków, dnia 10.09.2019 r.

**wg rozdzielnika:**

**ODPOWIEDZI  
na zapytania dotyczące treści SIWZ  
oraz zmiana treści SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz wyposażenia z podziałem na 19 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”, nr postępowania: DZP.271–30/19,

**I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ:**

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (Zamawiający) informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018. poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz wyposażenia z podziałem na 19 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

**dotyczy punktu nr 7 OPZ**

Prosimy o dopuszczenie łóżeczkowej lampy do fototerapii z zapotrzebowaniem na moc maksymalnie 100Va. Parametr ten odbiega znacząco od wymaganego, a w celu lepszej wydajności lampy zapotrzebowanie przy maksymalnym ustawieniu mocy może wzrosnąć.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza łóżeczkową lampę do fototerapii z zapotrzebowaniem na moc maksymalnie 100Va .**

**Pytanie nr 2**

**dotyczy punktu nr 7 OPZ**

W związku z tym, że Zamawiający w punkcie 8. nie określił czego dotyczą podane wymiary, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżeczkowej lampy do fototerapii której sterownik posiada wymiary 20x18x20cm oraz materac pasujący do standardowego łóżeczka noworodkowego

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż podane wymiary dotyczą lampy ze sterownikiem zintegrowanym z matercem.**

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP271-30/19

**Zamawiający jednocześnie informuje, iż dopuszcza łóżeczkową lampę do fototerapii której sterownik posiada wymiary 20x18x20cm oraz materac pasujący do standardowego łóżeczka noworodkowego, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 3**

**dotyczy punktu nr 9 OPZ**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie łóżeczkowej lampy do fototerapii z medycznym źródłem światła która posiada fibrooptyczne włókna świecące niebieskim światłem w celu lepszej eliminacji bilirubiny. Opisana przez Zamawiającego lampa wyposażona w lampę fluorescencyjną jest lampą starszej generacji. Takich lamp już się nie stosuje ze względu na bezpieczeństwo pacjentów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4**

**dotyczy punktu nr 11 OPZ**

Czy zamawiający nie popełnił pomyłki określając wartość dla tego parametru jako „Średnia wartość promieniowanie na obszarze powierzchni roboczej  $>/2.0mW/cm^2$ ”?

Średnia wartość promieniowanie na obszarze powierzchni roboczej dla wszystkich lamp tego typu wynosi  $>/20mcW/cm^2$ . Prosimy o poprawienie tego zapisu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie OPZ dotyczący pakietu nr 7 w załączniku nr 2G w tabeli poz. nr 11 „Średnia wartość promieniowanie na obszarze powierzchni roboczej  $>/2.0mW/cm^2$ ” poprzez usunięcie pkt 11. W związku z powyższym załącznik nr 2G do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 5**

**dotyczy punktu nr 17 OPZ**

Prosimy o doprecyzowanie jaki pomiar ma Zamawiający na myśli?

**Odpowiedź:**

**Pomiar czasu naświetlania.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy zadanie nr 16 - Wózek do transportu zwłok.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do transportu zwłok wyposażonego w pokrywą z PCV bez uszczelki ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP271-30/19

Dotyczy pakietu nr 13

1. Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 12kg?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza ssak o wadze 12kg.**

2. Czy Zamawiający dopuści ssak przymocowany trwale do wózka transportowego?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w ssaka.**

**W załączeniu:**

**1) Załącznik nr 2G pakiet nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia – *po zmianie*.**

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083