

 Opis przedmiotu zamówienia – **po zmianie**

Przedmiot zamówienia:

1. (Oc29) Lampa do fototerapii

Lp.	Minimalne wymagane parametry urządzenia	Wartość wymagana	<i>Wartość oferowana należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli</i>	Ocena punktowa/Parametry oferowane
1.	Producent/ dostawca	PODAĆ		
2.	Nazwa i typ	PODAĆ		
3.	Kraj pochodzenia	PODAĆ		
4.	Rok produkcji 2019	TAK		
5.	Sprzęt nowy, nieużywany, niekondycjonowany, niewystawowy	TAK		
6.	Lampa łódeczkowa w konfiguracji: łódeczko w tym źródło światła, zegar, wyłącznik, uchwyt kombinezon	TAK		

7.	Zapotrzebowanie na moc (75Va)	TAK		
8.	Wymiary: 63 x33 x14 cm (+/- 3CM)	TAK		
9.	Źródło światła - lampa fluorescencyjna	TAK		
10.	Obciążenie materaca – 10 kg	TAK		
11.	Czas pracy lampy fluorescencyjnej min. 2.000h	TAK		
12.	Waga: max 6 kg	TAK		
13.	Kombinezon ochronny dla dziecka w zestawie	TAK		
14.	Ekran LCD pokazujący czas pracy	TAK		
15.	Wyłącznik światła ręczny	TAK		
16.	Dwa tryby zegara: pomiar i odliczanie czasu	TAK		
17.	Gwarancja	Tak	Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu ofertowym	24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy –40 pkt
18.	Dostarczenie 2 sztuk instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego	TAK		
19.	Dostarczenie i użyczenie sprzętu zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry techniczne jak sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia.	TAK		

20.	W cenie oferty bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu	TAK		
21.	Termin wykonania naprawy będzie wynosił do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wysłanego przez Zamawiającego zawiadomienia	TAK		
22.	Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenie dla min. 5 osób.	TAK		
23.	wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK		
24.	certyfiakat CE	TAK		

Uwaga: Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym